

αμχ 544

26.8.2020

188 148 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (TUR - P)

Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Ειδικά για διουρηθρικές επεμβάσεις. Υπέρ ενισχυμένο

Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών.

Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος.

Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει.

Με κυματοειδή κατασκευή που να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών.

Να διαθέτει ενσωματωμένες περικνημίδες , σάκο συλλογής υγρών που να έχει πλέγμα για την συλλογή του ιστολογικού δείγματος και διαφυγής υγρών.

Να έχει δακτυλοθήκη για πρωκτική εξέταση.

Διαστάσεων 300X200X150 περίπου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Τ.Μ. 24Υ: 92307
ΑΔΜΚ: 1105100171