

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΜΔΚΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ
5ml/h ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 48h ΜΕΣΩ PORT CATH

1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ. 2) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250ML ΕΩΣ 300 ML ΕΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 5 ML/H. 3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΕΣ, ΑΘΟΡΥΒΕΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Η' ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ. 4) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΤΣΑΚΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ. 5) ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. 6) ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. 7) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ. 8) ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (FLUOROURACIL) 9) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΡΟΗΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ (5FU) ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ. 10) ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. 11) ΑΠΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 5 % ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ. 12) ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΜΔΚΦ

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Η.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ