

Κωδικός

53364

Τ.Ε.Ι. ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Γλουταραλδευδη 24%. Διάλυμα απορρυπαντικό
υγρού Επίπιδου, για την απορρύπανση ενδοσκοπίων,
για χρήση σε ηλυντήριο - απορρυπαντήριο,
μη η συσκευασία δοχείο 5 λίτρων

Προδιαγραφή

2. ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: SL-D5

53364 Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδευδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού τμήματος Soluscope 2 & 3.

Η σύνθεση του να περιέχει:

- Γλουταραλδευδη σε ποσοστό $24\% \pm 0.5$
- Μη ιονική αιθοξυλική αλκοόλη
- Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης pH διαλύματος σε απιονισμένο νερό

Και να διαθέτει απαραίτητως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°C με συγκέντρωση 0.25% σε 5 min.
2. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098 ± 0.010 σε 20°C θερμοκρασία
3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3.75 ± 0.25 .
4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015
5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το ως άνω υγρό απaráβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υγρών με το συγκεκριμένο πλυντήριο. Επίσης να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, CE MARK, κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
AM 69541 - AMKA 30075903010