

Κωδικός

53364

Τ.Ε.Ι. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Γλουταραλδευδη 24%. Διάλυμα απορρυπαντικού
υγρού επιπέδου, για την απορρύπανση εσωτερικών
ενδοσκοπίων, για χρήση σε ηλυντήριο-απορρυπαντήριο,
με η συσκευασία δοχείο 5 λίτρων

Προδιαγραφές

2. ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ SOLUSCOPE ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: SL-D5

53364
Συμπληρωμένο διάλυμα γλουταραλδευδης σε δοχείο πέντε (5) λίτρων, κατάλληλο
για χρήση με το εγκατεστημένο πλυντήριο του εργαστηρίου του ενδοσκοπικού
τμήματος Soluscope 2 & 3.

Η σύνθεση του να περιέχει:

- Γλουταραλδευδη σε ποσοστό $24\% \pm 0.5$
- Μη ιονική αιθοξυλική αλκοόλη
- Φωσφορικά στοιχεία διατήρησης pH διαλύματος σε απιονισμένο νερό

Και να διαθέτει απαραίτητως τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία 45°C με συγκέντρωση 0.25% σε 5 min.
2. Να λειτουργεί σε πυκνότητα 1.098 ± 0.010 σε 20°C θερμοκρασία
3. Να έχει pH διαλύματος συσκευασίας 3.75 ± 0.25 .
4. Να διαθέτει δείκτη διάθλασης 1.385 ± 0.015
5. Να διαθέτει επίσημη έγκριση από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου για το
ως άνω υγρό απaráβατος όρος.

Να κατατεθούν απαραίτητα μελέτες αναγνωρισμένων εργαστηρίων για την
συμβατότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υγρών με το
συγκεκριμένο πλυντήριο. Επίσης να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
κυκλοφορίας, CE MARK, κλπ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΛΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΔΑ 66541 - ΑΡΜΚΑ 30075903070