

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ

Καθετήρας αιμοκάθαρσης διαμέτρου 15Fr για μακροχρόνια χρήση με τεχνική ανάστροφης τοποθέτησης (retrograde) η οποία να μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μόλυνσης του σημείου εισόδου και του κυκλοφορικού συστήματος του ασθενούς. Ο καθετήρας να είναι συμβατός με την πλειοψηφία των χρησιμοποιούμενων αντισηπτικών για τον καθαρισμό του δέρματος. Ο καθετήρας να είναι κατάλληλος για πολύ υψηλές ροές (500cc/min) με πολύ χαμηλή κλίση πιέσεων (<150mmHg). Επιπροσθέτως, να φέρει άκρο τύπου V-Tip που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του ποσοστού ανακύκλωσης (5%) και την πιθανότητα έμφραξης του καθετήρα.

Το σέτ τοποθέτησης του καθετήρα με τεχνική Seldinger να περιλαμβάνει :

1) συρμάτινο οδηγό ικανής διαμέτρου και μήκους με ατραυματικά άκρα (1ευθύ, 1 J-Tip), 2) 1αποσχιζόμενο θηκάρι 16Fr με ενσωματωμένο διαστολέα, 3) 2 αγγειακούς διαστολείς, 4) 1 μεταλλικό διαστολέα-στυλεό με ειδικό μανίκι για τη δημιουργία της υποδόριας σήραγγας, 5) 1 νυστέρι μιάς χρήσης N°11 6) πώματα καθετήρων, 7) 1 βελόνα παρακέντησης 18Ga.

Ο Καθετήρας να είναι διαθέσιμος σε μήκη 15cm-16cm, 19cm, 23cm tip to cuff. Όλα τα περιεχόμενα του σέτ να είναι τοποθετημένα μέσα σε αποστειρωμένη θήκη εντός αποστειρωμένου πεδίου για άμεση χρήση εντός του αποστειρωμένου χώρου του χειρουργού.

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

-Το ανταλλακτικό του εξωσωματικού μέρους του καθετήρα.

-1 συνδετικό εξάρτημα.

-2 μανίκια στεγανοποίησης

-2 ειδικά πώματα.

-1 προσαρμογέα σύσφιξης.

-1 σφιγκτήρα.

-το σέτ να είναι αποστειρωμένο και συμβατό με τους καθετήρες που θα κατοχυρωθούν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΣΦΙΤΩΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΑΜ 84990 - ΑΜΚΑ 07126900450