

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα πεπιεσμένου αέρα για την φιλτροθήκη DF-A-450 (1¼") υπόλοιπο λαδιού στον αέρα $< 0,003\text{mg/m}^3$. Μέγιστη πίεση 16 bar, παροχή αέρα $> 450\text{m}^3/\text{h}$ φιλτραριστική ικανότητα $> 99,99$ (τεμάχια 7). ΚΩΔ 201925.
2. Ανταλλακτικό φίλτρο πεπιεσμένου αέρα για φιλτροθήκη DF-S-450 (1¼") υπόλοιπο λαδιού στον αέρα $< 0,006\text{mg/m}^3$. Μέγιστη πίεση 16 bar, παροχή αέρα $> 450\text{m}^3/\text{h}$ φιλτραριστική ικανότητα $> 99,99$ (τεμάχιο 3). ΚΩΔ 197047.
3. Ανταλλακτικό φίλτρο πεπιεσμένου αέρα για την φιλτροθήκη DF-V-600. Υπόλοιπο λαδιού στον αέρα $0,2\text{mg/m}^3$ περίπου. Φιλτραριστική ικανότητα $> 99,99$ μέγιστη πίεση 16 bar και παροχή αέρα $> 600\text{m}^3/\text{h}$. Παροχή εισόδου – εξόδου 1½ (τεμάχιο 2). ΚΩΔ 176617.
4. Ανταλλακτικό φίλτρο πεπιεσμένου αέρα για την φιλτροθήκη DF-S-600 Υπόλοιπο λαδιού στον αέρα $0,006\text{mg/m}^3$ περίπου. Φιλτραριστική ικανότητα $> 99,99$ μέγιστη πίεση 16 bar και παροχή αέρα $> 600\text{m}^3/\text{h}$. Παροχή εισόδου – εξόδου 1½ (τεμάχιο 2) ΚΩΔ. 226757

Επί ποινή απόρριψης, όλα τα υλικά κατασκευής των φίλτρων θα πρέπει να ανήκουν στην λίστα του **FDA**, καθώς και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής **EC 1935/2004**.

Επί ποινή απόρριψης, όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να είναι μετρημένα & πιστοποιημένα σύμφωνα με το ISO 12500 - 1 & ISO 12500 - 3 ώστε να επιτυγχάνουν ποιότητα πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με το ISO 8573 - 1

Ο Συντάξας
Δρακάκης Κωνσταντίνος

Θεωρήθηκε από την Τ.Υ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ