

ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

PERFOMAX

Κωδ. Είδους 210532

Ολοπροσωπική μάσκα μη επεμβατικού αερισμού για χρήση με συσκευές BIPAP (σύνδεση με κύκλωμα ασθενούς μιονού κλάδου) ή με αναπνευστήρες ΜΕΘ (σύνδεση με κύκλωμα ασθενούς διπλού κλάδου).

Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να μπορεί να αποστειρωθεί ή να απολυμανθεί με εγγύηση τουλάχιστον δέκα κύκλων αποστείρωσης/ απολύμανσης
- Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή με μαξιλαράκι από μαλακή σιλικόνη
- Να έχει κεφαλοδέτη τεσσάρων σημείων κατασκευασμένο από ειδικό μαλακό και εύκαμπτο ύφασμα που να μην ζεχειλώνει για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Δύο εκ των τεσσάρων σημείων σύνδεσης του κεφαλοδέτη με τη μάσκα να φέρουν σύστημα εύκολης και γρήγορης αφαίρεσης/ εφαρμογής της μάσκας. Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από **ΠΕΝΤΕ** κεφαλοδέτες.
- Να διαθέτει συνδετικό στρεφόμενο κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων ασθενούς
- Να συνοδεύεται από δύο συνδετικά, ένα για χρήση με συσκευές BIPAP με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και ένα για χρήση με αναπνευστήρες ΜΕΘ χωρίς βαλβίδα εκπνοής.
- Να διαθέτει θύρα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού οξυγόνου
- Να διατίθεται σε ένα μέγεθος κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες ασθενείς.

ΔΕΙΓΜΑ



ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ VISION-BPAP MX

ΚΩΔ: 162934

Πλήρες κύκλωμα για φορητού αναπνευστήρα VISION-BPAP, υψηλής ποιότητας. Σωλήνας τύπου Smooth Bore PVC, νοσοκομειακού τύπου PVC.

Κρικοειδής εξωτερικά-λείος εσωτερικά για να μην κατακρατούνται υδρατμοί και να μη τσακίζει.

Μήκος 160εκ. Ευθύ συνδετικό με θύρα πίεσης – εκτόνωσης (exhaust valve). Δύο γραμμές πιέσεων 3x5mm μήκους 180/220 εκ. Να είναι ενός σθενούς, μιας χρήσης. Η προσφορά να συνοδευεται επι ποινή αποκλεισμού, με πιστοποιητικό συμβατότητας του εν λόγω υλικού από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΞΟΦΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΒ-ΜΑΘ
Π.ο.Γ.Ι.Α.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ MAPLESON C
Κωδ. 161464**

Κύκλωμα **Mapleson C, πλήρες**, με ασκό 2 lit και βαλβίδα APL,

Αποστειρωμένο, M.X, από PVC, Free Latex, με λεία εσωτερική επιφάνεια, **με δυνατότητα σύνδεσης με O2.**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ BARCODE ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΜΑΧΙΟ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔ. **80723-80724**

- A) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα.
- B) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση.
- Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο
- Δ) Να διατίθεται σε medium- large
- Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1000ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΩΔ. 64899**

Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών 500 ml και 1000ml, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα, και με ευκολία καθαρισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΜΑ.BARCODE ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΜΑΧΙΟ

Σαβών

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (ΘΗΚΑΡΙΑ) ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ № 8.5
ΚΩΔ. 65279**

Σετ εισαγωγής (θηκάρι) πολυαυλικών καθετήρων, με βαλβίδα ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο αυλό.

Με ειδικό σύστημα για να μην τσακίζει το θηκάρι (τύπου φυσαρμόνικα).

Διαστολέα, σύριγγα, οδηγό σύρμα με ένα άκρο ευθύ και ένα άκρο τύπου J (διάμετρος σύρματος 0,89mm), βελόνα 18Ga μήκους 6.35cm, προστατευτικό περιβλήμα (μιανίκι προστασίας) 8.5 Fr και μήκους 10cm.

Μιας χρήσεως, αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΑΚΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΑ-ΜΑΘ
Πα.Γ.Ν.Η. 1