

Προδιαγραφές για κάρτα εκτεταμένης φαινοτύπησης ερυθρών

1. Να ανιχνεύει τα αντιγόνα: Fya, Fyb (Fyx), Jka, Jkb, S και s.
2. Η λειτουργία της κάρτας να στηρίζεται στη μέθοδο της παράλληλης διάχυσης (lateral flow).
3. Να περιλαμβάνεται μάρτυρας ελέγχου της διαδικασίας και μάρτυρας ελέγχου μη ειδικών συγκολήσεων.
4. Να μην απαιτείται επώαση ή φυγοκέντρωση.
5. Να ανιχνεύει διπλούς πληθυσμούς ερυθρών στο δείγμα.
6. Τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά για 24 ώρες τουλάχιστον.
7. Για τη χρήση της να μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός
8. Να είναι μέθοδος πιστοποιημένη και με διεθνείς αναφορές


ΛΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΝΤΡΙΑΚΗ ΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ
ΑΜΚΑ: 10016404864

Προδιαγραφές για κάρτα για προσδιορισμό ομάδας ABO/Rh-Kell ερυθρών

1. Να ανιχνεύει τα αντιγόνα A, B, D(VI-)(διπλός προσδιορισμός), K, C, Cw, c, E & e.
2. Η λειτουργία της κάρτας να στηρίζεται στη μέθοδο της παράλληλης διάχυσης (lateral flow).
3. Να περιλαμβάνεται μάρτυρας ελέγχου της διαδικασίας και μάρτυρας ελέγχου μη ειδικών συγκολλήσεων.
4. Να μην απαιτείται επώαση ή φυγοκέντρωση.
5. Να ανιχνεύει διπλούς πληθυσμούς ερυθρών στο δείγμα.
6. Τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά για 24 ώρες τουλάχιστον.
7. Για τη χρήση της να μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός
8. Να είναι μέθοδος πιστοποιημένη και με διεθνείς αναφορές

ΛΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ
ΑΜΚΑ: 10016404864