

ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΝΕΟΓΝΑ - ΜΙΚΡΑ ΒΡΕΦΗ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- 1) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ LED ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΤΕΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ 2 ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ,730nm ΚΑΙ 810nm.
- 2) ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΒΑΘΥ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ , ΕΧΟΝΤΑΣ 2 ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 3cm ΚΑΙ 4cm ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ.
- 3) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΚΑΙ LATEX FREE.
- 4) ΝΑ ΕΧΕΙ CE mark
- 5) ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ **ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΒΡΕΦΗ**
- 6) ΝΑ ΦΕΡΕΙ , ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ:
 - Α) ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
 - Β) ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΝ, ΕΥΡΟΣ ΝΟΡΜΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
 - Γ) ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ
ΟΞΥΓΩΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ.

Δ) ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

4/10/21
ΠΑΚΕ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΑΓ.Ν.Η.