



ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Κ.Α.Ε	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ.
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΝΝ ΠΑΓΝΗ	28/8/2019		

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρακαλούμε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του τμήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
	Αισθητήρες οξυμετρίας νεογνών που να είναι κατάλληλοι για νεογνά βάρους κάτω από 3kg με σύνδεση RD, να εφαρμόζονται στο δάκτυλο ή το πόδι του ασθενούς με σταθερό τρόπο και να μετρά ταυτόχρονα τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης, τον καρδιακό παλμό και τον δείκτη αιμάτωσης. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποιημένη τεχνολογία για μεγάλη αξιοπιστία μέτρησης (ακρίβεια μέτρησης <3%), ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες που ο ασθενής κινείται ή όταν υπάρχει χαμηλή αιμάτωση. Συνημμένα υποβάλλονται τεχνικές προδιαγραφές τόσο για τους αισθητήρες, όσο και για τα παρακλινικά παλμικά οξύμετρα που θα παραχωρηθούν σαν συνοδός εξοπλισμός.	1.000	11,50 €	14.260 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ		14.260,00 €		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ :	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΠΟΘΕΜΑ
1 ΕΤΟΣ	85	0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ :

Μέχρι πρότινος η κλινική διέθετε οξύμετρα παλαιότερης τεχνολογίας με σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Από 11/2/2019 είχε υποβληθεί αίτημα προμήθειας αισθητήρων οξυμετρίας με τη διαδικασία παραχώρησης συνοδού εξοπλισμού από τη Νεογνολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με την Απόφαση 363 του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Συνεδρίασης 10/07-08-2019), εγκρίθηκε η πίστωση για την προμήθεια Αισθητήρων Οξυμετρίας Νεογνών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (27 οξύμετρων νεότερης τεχνολογίας).

ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Η συνεχής καταγραφή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης και του καρδιακού παλμού είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Νεογνολογική Κλινική. Οι αισθητήρες που αιτούμαστε είναι τέτοιας τεχνολογίας που περιορίζονται στο ελάχιστο οι ψευδείς συναγερμοί (λόγω κίνησης των άκρων του νεογνού), και λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας και αξιοπιστίας είναι κατάλληλοι για χρήση στα σοβαρά πάσχοντα νεογνά με κακή περιφερική κυκλοφορία και υπόταση (ασφαλείς μετρήσεις εκεί που υπάρχει αδυναμία λήψης δεδομένων).

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

ΠΑΓΙΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Ο ΑΙΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ