

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ (ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΙ)**

ΚΩΔ.192879(287346)

1. Να είναι ηλεκτρονικοί καθετήρες με micro tip παρεγχυματικοί και να είναι μηδενισμένοι από τον κατασκευαστή ώστε να μην χρειάζονται μηδενισμό από τον χρήστη.
2. Το micro tip να είναι κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό για να μη δημιουργούνται παραμορφώσεις από τις εξετάσεις των ασθενών σε Αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο.
3. Να είναι MRI Safe έως 3T
4. Να συνδέονται μέσω ηλεκτρονικού ενδιάμεσου κατευθείαν στο μόνιτορ της μονάδος.
5. Να καταγράφουν την πίεση (πάνω στο μόνιτορ της μονάδος) και την θερμοκρασία με ταυτόχρονη γραφική καταγραφή της καμπύλης πίεσης.
6. Στους καθετήρες να υπάρχει σύστημα μέτρησης για τον υπολογισμό του βάθους του καθετήρα.
7. Να έχει χρώμα ώστε να είναι ευδιάκριτος από τους επιδέξιους του ασθενούς.
8. Να προσφερθούν τα ειδικά συστήματα στερέωσης του καθετήρα καθώς και οι αντίστοιχες φρέζες.
9. Να φέρουν CE mark.


ΧΑΡΟΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΘ
Πα.Γ.Ν.Η.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΚΩΔ. 192552

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΥ,
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ 35 CM ,TROCAR 15CM /ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΣΑΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 700ML ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ.


ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΘ
Πα.Γ.Ν.Η.