

Προδιαγραφές αποστειρωμένου πακέτου αναλώσιμων για επέμβαση καταρράκτη

Πακέτο αναλώσιμων για επεμβάσεις καταρράκτη που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- 1 κάνουλα προσθίου θαλάμου με γωνίωση 0,50 χιλ (25G)
- 1 κάνουλα κατάλληλη για υδροδιαχωρισμό με γωνίωση 0,40 χιλ (27G)
- 1 βελόνη καψουλοτομής, κεκαμμένη 0,50 χιλ (25G) ανάποδης εκτομής
- 1 κάλυμμα διαστάσεων 140εκ x 140εκ.
- 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα διαστάσεων 100 x 120εκ.
- 1 μαχαίριδιο γωνιωμένο 3,2 χιλ
- 1 μαχαίριδιο προσθίου θαλάμου 15 μοιρών ασφαλείας
- 1 μαχαίριδιο δίκην στιλέτου 1,1 χιλ (19G)
- 3 πακέτα με οφθαλμολογικά τριγωνάκια (30 τεμάχια σύνολο)
- 2 κυπελλάκια για διάλυμα χωρητικότητας 120ml
- 2 Οφθαλμολογικές μπλούζες μεγέθους μία Large και μία XLarge με χειροπετσέτες
- 1 βελόνη 80 x 40 χιλ (21G ½")
- 1 βελόνη, 40 x 13 χιλ (27G ½")
- 1 βελόνη, 40 x 19 χιλ (27G ½") κανονικού τοιχώματος
- 2 οφθαλμολογικά ταμπόν σχήματος ωσειδούς
- 10 τεμάχια από οφθαλμολογικές γάζες, 5 αναδιπλώσεων εκάστη, μεγέθους 5 x 5 εκατοστά
- 5 τεμάχια από οφθαλμολογικές γάζες, 12 αναδιπλώσεων εκάστη, μεγέθους 10 x 10 εκατοστά
- 2 σύριγγες χωρητικότητας 10ml βιδωτές
- 1 σύριγγα χωρητικότητας 3ml βιδωτή
- 1 σύριγγα χωρητικότητας 3ml μη βιδωτή
- 1 σύριγγα χωρητικότητας 5ml βιδωτή
- 1 σύριγγα ινσουλίνης
- 1 ζεύγος γάντια μικροχειρουργικής χωρίς πούδρα μεγέθους: 7
- 1 ζεύγος γάντια μικροχειρουργικής χωρίς πούδρα μεγέθους: 7.5
- Χρόνος παράδοσης άμεσα
- Δείγματα απαραίτητα
- Όλα τα υλικά να είναι μέσα στο πακέτο και όχι μεμονωμένα

ΗΜΕΡΑ
ΑΔΑΡΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ORCO	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	
292234 254073	ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ. ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.	

+20

31

ΠΡΟΣΙΘΙΟΙ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΙ CONSTELLATION

ΚΩΔΙΚΟ Σ ORCO ΠΑΓΝΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	
282633 282634	ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	x 6

503,316