

Τα παρακάτω είδη απαντούν στη σύμβαση 1123 της οποίας έχει τελειώσει ο προϋπολογισμός. Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τα προμηθευτείτε άμεσα με εξωσυμβατικό αίτημα.

| ΠΑΛΙΟΣ/ΝΕΟΣ<br>ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                      | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 277195                                | Αιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm του νοσοκομείου μας | 39       |

#### ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

Να είναι μήκους στειλεού 18εκ., ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με ενεργά άκρα 3.6 εκ. Να έχουν κυρτά άκρα και να χρησιμοποιούν τεχνολογία αντίληψης ιστού.

Ο μειοδότης οφείλει να παρέχει στο Νοσοκομείο γεννήτρια-συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 αποφάσεις ανά sec και να συνεργάζεται με αναλώσιμο που διαθέτει ενεργά άκρα με αντικολλητική τεχνολογία nanopcoating.

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

6.11.2021

DE BREE BELCO  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ  
ΠΑ.Γ.Ν.Η. Α.Μ. 37579  
ΑΜΚΑ: 05126600518