

- Συσκευή Καθετήρα μπαλόνι, οδηγό σύρμα 0,035", με επικάλυψη sorbitol & polysorbate και φαρμάκου Πακλιταξέλης με επιφανειακή συγκέντρωση 2 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Η απελευθέρωση του συνόλου της πακλιταξέλης να ολοκληρώνεται μετά από 30sec από την επαφή με το αγγείο. Να διατίθεται σε καθετήρες 75-100-130cm και σε διαμέτρους από 4mm μέχρι 12mm και μήκος μέχρι 150mm. Να έχει επίσημη ένδειξη για περιφερικά αγγεία και φίστουλες.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.