

Μπαλόνι αγγειοπλαστικής OTW για ολικές αποφράξεις για πλατφόρμα 0,014" και 0,035" με συνδυασμένη χρήση μπαλονιού αγγειοπλαστικής και δυο συρμάτων αντιδιαμετρικά τοποθετημένων εξωτερικά του μπαλονιού. Να διαθέτει ειδικούς markers κάθε 1 cm πάνω στον καθετήρα για την ορθή τοποθέτηση του μπαλονιού, μειώνοντας την ανάγκη πολλαπλών ακτινοσκοπήσεων. Να διατίθεται σε μεγέθη: για το μπαλόνι με οδηγό σύρμα 0,014" διάμετρος μπαλονιού από 2mm μέχρι 7mm και μήκος μπαλονιού από 20mm μέχρι 300mm και για το μπαλόνι με οδηγό σύρμα 0,035" διάμετρος μπαλονιού από 4 mm μέχρι 8 mm και μήκος μπαλονιού από 20mm μέχρι 300mm.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΚΙΣΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.

