



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΤΤΥΗΣ

7^η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΑΣΤΡΟ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΚΟΙ:

281790

ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ:

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ α/α 22

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα κατάλληλο για λαστροσκόπιο και κολonoσκόπιο. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας α/α 22.

Γαλαράκη Α. Ειρήνη
Μεταπτυχιακή Μετ. Ρηδ(c)
Προϊσταμένη Ιατρολογικής
Περισταλογικής
Περισταλογικής