

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ

1. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε πλάσμα
2. Να είναι διάτρητο με ειδικές βάσεις σιλικόνης ώστε το ενδοσκόπιο να παραμένει σταθερό
3. Τα σημεία επαφής του ενδοσκοπίου με το κουτί αποστείρωσης να είναι ελάχιστα ώστε να επιτυγχάνεται ιδανική αποστείρωση.
4. Να διαθέτει ειδικό χώρο τοποθέτησης για τα εξαρτήματα του ουρητηροσκοπίου (λαστιχάκια, αντάπτορες κλπ)
5. Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 445 x 105 x 285mm (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 92869
Α.Μ.Κ.Α: 17057001178