



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Η - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

417144A 552

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΗΣ

Προς: Γρ. Προμηθειών
Κοινοποίηση: Χειρουργείο

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
Ηράκλειο: 17.08.2022
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ

Αντώνης Βάκης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Πανεπιστημίου Κρήτης
Διευθυντής Κλινικής

Ιατροί ΕΣΥ

Ανδρέας Γιαννόπουλος
Διευθυντής ΕΣΥ

Δημήτρης Καραμπέτσος
Διευθυντής ΕΣΥ

Νίκος Χοχλιδάκης
Επιμελητής Α'

Κατίνα Μανωλίση
Επικουρική Επιμελήτρια

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Χρήστος Τσιτσιπάνης

Θανάσης Μπουντουτσίδης

Σοφία Λαζαριώτη

Κων/νος Ντότσικας

Προϊσταμένη Κλινικής
Κυριακή Ζερβάκη

Υπεύθυνη Κλινικής
Άννα Σκαμάγκα

Νοσηλευτική Στάση
Τηλ.: 2813 40 2305

Ραντεβού Εξωτερικών Ια-
τρείων
Τηλ.: 2810 542 107, -8,-9

www.pagni.gr

e-mail:
neurosurgery@pagni.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΟ FILM ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ

Το υλικό να είναι συνθετικό σε μορφή μεμβράνη - φιλμ.

Να είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση συρραφών, οπών και μικροεκδορών στην περιοχή που εκτείνεται η σκληρά μήνιγγα εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης και όπου αλλού υπάρχει κίνδυνος διαρροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Η σύνθεση του να αναλύεται σε πολυγαλακτικό οξύ και οξείδιο του γλυκοδίου (PLGA) και να έχει γράμματα ή άλλους δείκτες από μπλε του μεθυλαίνιου πάνω στο υλικό τα οποία να χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση του.

Να διατίθεται στην διάσταση: 100x100mm σε πάχος από 30 – 50μm.

Να είναι έτοιμο για χρήση (ready to use).

Να είναι αυτοσυγκολούμενο, και να μην χρειάζεται καμία άλλη πρόσμιξη και να μην απαιτείται παραπάνω από μισό λεπτό (30sec) για την εφαρμογή του.

Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.

Με εκτίμηση,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η. - ΑΜ: 53828
ΑΜΚΑ: 17055603256