

**ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ORCO ΠΑΓΝΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	
181765	ΠΑΚΕΤΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23GA ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΣΕΤΑ, TROCAR, PLUGS, ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2500 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	
52596	Σύστημα ιξωδοελαστικών ουσιών για ενδοβολβική χρήση που να περιλαμβάνει: 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 2) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Dispersive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 2,5-3%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml. Η αξιολόγηση θα γίνει με τιμή ανά μονάδα συνολικού όγκου συστήματος.	

ΜΙΛΤΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΝΗ - Α.Μ. ΠΣΑΥ 64836
ΑΜΚΑ: 21056204254