

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****RF Ablation (ΚΩΔ: 273527)**

- Να λειτουργεί με ραδιοσυχνότητα
- Να διαθέτει παράλληλους σφινγκτήρες για παροχή ενέργειας καθ' όλο το μήκος με σταθερή πίεση
- Να διαθέτει δυναμικό αλγόριθμο παρακολούθησης απόκρισης του ιστού 50φορές/sec
- Να υπάρχει δυνατότητα μήκους 53mm – 65mm
- Ο άξονας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να έχει εργονομική λαβή και κούμπωμα με ταχεία απελευθέρωση
- Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark & FDA

S TCF.

**AtriClip (Αποκλεισμός αριστερού ωτίου) - (ΚΩΔ: 333937)**

- Το υλικό αποκλεισμού να είναι ατραυματικό, χωρίς διάτρηση
- Να ενισχύει την ιστική ανάπτυξη και πλήρη ενδοθηλοποίηση
- Να αποκλείει πλήρως με ασφάλεια την βάση του αριστερού ωτίου
- Λόγω διαφορετικής ανατομίας να προσφέρεται σε διαφορετικά μεγέθη
- Να έχει εύκαμπτο άξονα για εύκολη τοποθέτηση
- Εργονομική λαβή
- Το ίδιο το Clip αποκλεισμού να λειτουργεί και ως ένας επιπλέον ηλεκτρικός αποκλεισμός πιστοποιημένα
- Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE mark & FDA

S TCF.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑΣ Π.Α.Γ.Ν.Η.  
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 826571X - ΑΜΚΑ: 28066700650