

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ RANEY CLIPS

1. Τα clips πρέπει να είναι πλαστικά, ισχυρής συγκράτησης.
2. Να είναι προφορτωμένα σε κασέτες που να περιέχουν τουλάχιστο 12 clips και να προσαρμόζονται σε λαβή τοποθέτησης, ή να είναι προφορτωμένα στην ίδια την λαβή τοποθέτησης η οποία θα είναι μιας χρήσης.
3. Αν είναι προφορτωμένα σε κασέτες που προσαρμόζονται σε λαβή πολλαπλών χρήσεων, να δίνονται μαζί τουλάχιστο τρεις λαβές.
4. Να δίνεται λαβίδα εξαγωγής των τοποθετημένων clips.
5. Να επιτυγχάνουν αποτελεσματική πιεστική αιμόσταση στο χείλος του δερματικού κρημνού.
6. Να μην δημιουργούν νεκρώσεις ή ισχαιμίες μετά από παρατεταμένη εφαρμογή.
7. Να διατίθενται σε μικρότερο μέγεθος και με μικρότερη ισχύ συγκράτησης για χρήση σε παιδιά.


Δημήτριος Α. Καραμάντσος
Νευροχειρουργός
Επισκέπτης Α' ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Α.Μ. 82128 - ΑΠΚΑ: 15066700251
ΤΗΛ. 2810 392385 - 6944 909533