

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	Κωδ. Νοσοκ.	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	282571	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.	ΤΜΧ	150,0

1. Όλα τα ανωτέρω υλικά θα προσαρμόζονται σε μηχανήμα που θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ ως συνοδό εξοπλισμό ο μειοδότης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των επεμβάσεων του νοσοκομείου.

2. Το προσφερόμενο μηχανήμα, θα πρέπει είναι τελευταίας τεχνολογίας με αντλία τύπου Ventury μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική και να λειτουργεί με συμβατικούς υπερήχους στα 28,5 ΚHz. Να είναι κατάλληλο για φακοθρυψία, υαλοειδεκτομή και διαθερμία. Να έχει ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασίας του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί). Να διαθέτει επίπεδη έγχρωμη οθόνη αφής LCD υψηλής ευκρίνειας τουλάχιστον 19 ιντσών, η οποία να έχει τη δυνατότητα κλίσης και περιστροφής, με υψηλής τεχνολογίας απεικόνιση γραφικών και φωνητική επιβεβαίωση.

3. ΔΩΡΕΑΝ επιπρόσθετο συνοδό εξοπλισμό του μηχανήματος, θα αποτελούν τα εξής:

i. Στυλεος φακοθρυψίας συστήματος χειρουργικής, νέας τεχνολογίας, χωρίς να προκαλεί θερμικά εγκαύματα (2 τεμάχια)

ii. Στυλεός πλύσης-αναρρόφησης ομοαξονικός, πολλαπλών χρήσεων (2 τεμάχια)

iii. Ασύρματος bluetooth ποδοδιακόπτης πλήρως προγραμματιζόμενος με διπλά γραμμικό ποδομοχλό και ενσωματωμένο κουμπί ενεργοποίησης - ρυθής endolaser

iv. Στυλεός ενδοδιαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 25G

v. Στυλεός σκληρικής διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 20G

vi. Ασύρματο τηλεχειριστήριο καναλιών - ρυθμίσεων

4. Καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος με τα αναλώσιμα αυτού, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν συντήρηση και ανταλλακτικά για το μηχανήμα.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κ. ΤΣΙΑΛΙΩΤΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΓΝΗ - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 64839
ΑΜΚΑ: 21056204254