

34/10.12.2018
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Βούτες – Ηρακλείου 70 013

Τηλ.: 2810392380

Fax : 2810392677

Ηράκλειο 05/12/2018

Προς την Προϊσταμένη Χειρουργείου κα Ε. Σουλτάτου

Θέμα: « Αγορά Χειρουργικών υλικών».

Τα παρακάτω είδη απαντούν στη σύμβαση 1123 της οποίας έχει τελειώσει ο προϋπολογισμός.
Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τα προμηθευτείτε άμεσα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
70590	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους συρραφής 60mm	21
68093	Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους συρραφής 80mm	11
70589	Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους συρραφής 60mm για τον κωδικό 70590	10
213079	Ανταλλακτικές κεφαλές για τους ευθύγραμμους κοπτοράπτες παχέων ιστών μήκους συρραφής 80mm για τον κωδικό 68093	5

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 70590 ΚΑΙ 68093

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 70589 ΚΑΙ 213079

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν σχετικές μελέτες).

Επιπρόσθετα για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης, διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης, θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

- Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.
- Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.
- Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.
- Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Με εκτίμηση

Εμμ. Χρυσός

Καθηγητής Χειρουργικής Π.Κ.

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής