

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ NIM-PULSE 2.0

ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ:

- να είναι εύκαμπτοι, ενισχυμένοι, ατραυματικοί και να διαθέτουν cuff
- να είναι κατασκευασμένοι από PVC, ώστε τόσο ο σωλήνας όσο και το cuff να προσαρμόζονται στο σχήμα της τραχείας
- να έχουν ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για την παρακολούθηση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων
- να διατίθενται σε νούμερα 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5
- να είναι συμβατοί με το monitor νευροδιέγερσης Nim Pulse 2.0 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών τους που θα επέφεραν σοβαρές συνέπειες στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι τραχειοσωλήνες προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΥΛΕΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

- να διαθέτουν μεταλλικό, ατραυματικό άκρο για τη διοχέτευση του ρεύματος στο χειρουργικό πεδίο
- να διοχετεύουν με ακρίβεια την προεπιλεχθείσα ποσότητα ρεύματος
- να είναι ελαφροί και εύκολοι στη χρήση
- να είναι συμβατοί με το monitor νευροδιέγερσης Nim Pulse 2.0 που βρίσκεται στο χώρο του χειρουργείου

ΧΡΗΣΗ: Διεγχειρητική παρακολούθηση κινητικών νεύρων (πνευμονογαστρικό, προσωπικό νεύρο) κατά τη διάρκεια επεμβάσεων κεφαλής και τραχήλου, προκειμένου για αποφυγή τραυματισμών τους. Οι στυλεοί προορίζονται για το μηχάνημα NIM-PULSE 2.0, που υπάρχει ήδη στο χώρο του χειρουργείου.

Τα παραπάνω υλικά υπήρχαν σε σύμβαση, η οποία έληξε