

Αιτήσε 309

Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2024

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προμηθευτείτε τα παρακάτω είδη άμεσα με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
277068	<p>Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης, μιας χρήσης, μεγέθους 60mm ή 45mm διαμέτρου 12 mm, με μήκος στελλεού 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 420. Δέχεται κασέτες με και χωρίς αντιολισθητική επιφάνεια, με κλιπς από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για 6 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 0,75mm έως 2,3mm). Εργονομικό σχεδιασμό της λαβής για χρήση με το ένα χέρι και μηχανισμό παθητικής άρθρωσης της κεφαλής μέχρι και 45ο ενσωματωμένη στο στέλεχος του εργαλείου.</p> <p>Ο μηχανισμός πυροδότησης πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε ακούσιας κίνησης που πιθανόν να τραυματίσει παρακείμενους ιστούς.</p> <p>Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σύστημα που εξασφαλίζει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των δύο σιαγόνων κατά την διάρκεια της πυροδότησης για βέλτιστη αιμάτωση, και ασκεί πίεση ίση με 8gr/mm<sup>2</sup> για ομοιόμορφη γραμμική συρραφής σε όλο το μήκος, τμή ισοδύναμη με την ιδανική πίεση ενός συρραπτικού εργαλείου στον ιστό για την εξασφάλιση της βέλτιστης επούλωσης πληγών και παροχή αίματος, όπως ακριβώς ορίζουν οι βασικές αρχές συρραφής.</p> <p>Επιστημονικώς τεκμηριωμένα παρέχει μείωση στις αιμορραγικές επιπλοκές και του μέσου συνολικού κόστους νοσηλείας.</p> <p>Διαθέτει κλειστό κανάλι στην υποδοχή της ανταλλακτικής κασέτας για να εξασφαλίζεται η υποστήριξη της από τις υψηλές πιέσεις και δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πυροδότησης.</p> <p>Έχει δυνατότητα πυροδότησης έως και 12 φορές, ανά ασθενή.</p>	40

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

A) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

B) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ  
ΠΑΓΝΗ - ΑΜΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ - ΤΡΑΥΙ 02102

Αναπληρώτης Καθηγητής  
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής  
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης