



## ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Νευρολογίας Παναγιώτης Μήτσιας

Προς: Γρ. Προμηθειών  
Κοινοποίηση: Χειρουργείο

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓ  
Ηράκλειο: 19.01.2024  
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΚΛΙΝΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ

Ιατροί ΕΣΥ

Ανδρέας Γιαννόπουλος  
Διευθυντής ΕΣΥ

Δημήτρης Καραμπέτσος  
Διευθυντής ΕΣΥ

Νίκος Χοχλιδάκης  
Επιμελητής Α'

Κατίνα Μανωλίτη  
Επικουρική Επιμελήτρια

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Χρήστος Τσιτσιπάνης

Θανάσης Μπουντουσιδής

Σοφία Λαζαριώτη

Κων/νος Ντότσικας

Προϊσταμένη Κλινικής  
Κυριακή Ζερβάκη

Υπεύθυνη Κλινικής  
Άννα Σκαράγκα

Νοσηλευτική Στάση  
Τηλ.: 2813 40 2305

Ραντεβού Εξωτερικών Ια-  
τρείων

Τηλ.: 2810 542 107, -8, -9

[www.pagni.gr](http://www.pagni.gr)

e-mail:

[neurosurgery@pagni.gr](mailto:neurosurgery@pagni.gr)

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές για Φρέζες κρανιοανάτρησης

Κωδ. Νοσοκομείου: ~~287294~~ ΦΡΕΖΑ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ  
287294

Φρέζα κρανιοανάτρησης σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως που να προσφέρει μεγάλη σταθερότητα κοπής και ελάχιστο κίνδυνο της ακούσιας κοπής της μήνιγγας κατά τη διαδικασία της κρανιοανάτρησης (να διαθέτουν συνδετικό Hudson chuck οι οποίες να σταματούν αυτόματα όταν φτάσουν στην μήνιγγα).

Για τους κρανιοτόμους ANSPACH που διαθέτει το Νοσοκομείο μας) PERFORATOR 11-14-S 11-14mm

Δείγμα απαραίτητο

Μετά Τιμής  
Δημήτρης Α. Καραμπέτσος  
Νευροχειρουργός  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Π.Α.Γ.Ν.Η  
ΑΜΚΑ: 15064700251 - Α.Μ. ΤΣΙΑΥ: 62128  
ΤΗΛ.: 2810 392385 - 6944 905533