

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS κωδικός 181876 ή 287057

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμετρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 11mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΩΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ κωδικός 232033 ή 291544

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμετρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 16mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΟΥΜΠΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟ
AM 5544
2007