

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΣΤ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ HbS (ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΗΣ)

- 1) Το κιτ που θα προσφερθεί να περιέχει αντιδραστήριο για το τεστ διαλυτότητας HbS και να χρησιμοποιείται σαν screening test
 - 2) Το αντιδραστήριο, αν χρειάζεται ανασύσταση, θα πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστο μία εβδομάδα (7 ημέρες) στο ψυγείο
 - 3) Να μη χρειάζεται μεγάλη ποσότητα αίματος (έως 20μl)
 - 4) Να μην είναι χρονοβόρο (η διάρκεια διεξαγωγής του να μην ξεπερνά τα 5 λεπτά) και να είναι απλό στη χρήση του.

A

Η Διευθύντρια:

Αναπλ. Καθηγήτρια ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αναπλ. Καθηγήτρια ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Ε.Μ. 30577 - ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ