

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Τεχνικές Προδιαγραφές Αύγουστος 2023

Οι καρέκλες κινητοποίησης προορίζονται για τη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι προδιαγραφές τους είναι οι εξής.

Τεμάχια: **11** (έντεκα)

Διαστάσεις περίπου 65εκ.πλάτος Χ 55εκ βάθος, με μεταλλικό ατσάλινο σκελετό χρωμιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο. Θα διαθέτουν μπράτσα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, με τρόπο ώστε στην χαμηλότερη θέση τους να βρίσκονται χαμηλότερα από το επίπεδο της έδρας του καθίσματος. Η πλάτη του καθίσματος θα είναι ψηλή έτσι ώστε να επιτρέπει τη στήριξη της κεφαλής, με δυνατότητα ανάκλισης τουλάχιστον 45 μοιρών μέσω εύχρηστο μηχανισμού. Οι καρέκλες θα φέρουν υποπόδιο πτυσσόμενο έως την επιφάνεια της έδρας με εύχρηστο μηχανισμό.

Να διαθέτουν δύο αντιστατικές ρόδες στα πίσω πόδια για εύκολη μετακίνηση.

Η κάλυψη της έδρας και της πλάτης θα είναι από δερματίνη βινυλίου, χωρίς ραφές, με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. Γενικά το κάθισμα πρέπει να είναι άνετο και ανατομικό, με στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις.

Λοιπές υποχρεώσεις

- ✓ Ο προμηθευτής αλλά και η κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να διαθέτουν ISO 9001 για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη (με κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών).
- ✓ Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
- ✓ Όλα τα είδη θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα).
- ✓ Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- ✓ Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρες και ευκρινές φυλλάδιο παρουσίασης (προσπέκτους) καθώς και τεχνικές προδιαγραφές.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- ✓ Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει η Νευροχειρουργική Κλινική. Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από αυτήν, θα απορρίπτονται.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση των προδιαγραφών αυτών ισοδυναμεί με αποδοχή τους από τη Νευροχειρουργική Κλινική.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Αντώνης Κατσαράκης


ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ