ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	53864	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ACT PLUS
2	280116	Οδηγά σύρματα τύπου Amplatz Super Stiff ευθέα και J, προ-εμποτισμένα με PTFE. Να διαθέτουν ατραυματικόflexibletip 1, 3 και 6cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035 και 0,038 in και μήκη 75, 145,180 και 260cm.
3	48150	Να έχει λεπτό σκελετό με κράμα L605 Co-Cr και Επικάλυψη με πλήρως βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές D,L-PLLA Φαρμακευτική ουσία Rapamycin (Sirolimus)Ειδικά σχεδιασμένη ενδοαυλική επικάλυψη φαρμακευτικής ουσίας, με πάνω από80% του stent να είναι μη επικαλυμμένο (In-grooveabluminalcoating) για στοχευμένη απελευθέρωση διαμέσου κελιών, με τη μικρότερη δυνατή δοσολογία φαρμάκου. Προφίλ εισαγωγής : 0,0165"
4	277235	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ, ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ 2,25mm ΕΩΣ ΚΑΙ 4,5mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 8mm ΕΩΣ ΚΑΙ 46mm ΜΗΚΟΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 2 ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ MARKERS. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ RESERVOIR ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΚΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ
		ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΚΟΧΙΛΑΚΗΣ MD, FESC ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Πα.Γ.Ν.Η. ΑΜΚΑ: 26015901155 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 59158