



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τ.Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλ: 2810392351



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 21/12/2023

Προς: Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50CM
(κωδικό 51757)

Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία με αμφίδρομη διάτρηση.
Διάφανη, διάτρητη, πλαστική.
Υποαλλεργική.
Να διαθέτει μέγιστη ελαστικότητα και αντοχή στην εκτάνυση.
Να διαθέτει μέγιστη κολλητική ικανότητα.
Συνολικό μήκος τουλάχιστον 9m.

Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής

Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης

Με εκτίμηση,

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τ.Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τηλ: 2810392351



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 21/12/2023

Προς: Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεραπευτικοί φακοί μεγάλης διαμέτρου 16.00 mm και 18.0 mm

Μαλακός ΦΕ σιλικόνης-υδρογέλη, θεραπευτική χρήση μετά από διαθλαστική χειρουργική για την επίσπευση της επιθηλιακής επούλωσης.

Να ενδείκνυται για 15θήμερη χρήση.

Υψηλή διαπερατότητα σε οξυγόνο (Asmofilcon A; Dk=129, Dk/t=161), απαραίτητη για την απαραίτητη οξυγόνωση των οφθαλμών.

Υψηλή υδροφιλία (40% περιεκτικότητα σε νερό) και αντοχή στα λίπη και τις πρωτεΐνες των δακρύων.

Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής

Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης

Με εκτίμηση,

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ