

Προδιαγραφές Υλικών εν τω βάθη εγκεφαλικής διέγερσης (DBS)

- Διεγέρτης με δυνατότητα BRAINSENSE ΚΑΙ MRI SAFE 1.5 & 3.0T
- Προγραμματιστής με συσκευή επικοινωνίας
- Κατευθυντικό ηλεκτρόδιο οκτώ πόλων σε μήκος 42 CM
- Προέκταση σύνδεσης σε μήκη 40,60 & 95 CM
- Ηλεκτρόδιο καταγραφής με 3mm offset TIP
- Τα υλικά πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή προκειμένου να είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Επομένως η προμήθεια θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως σύνολο και όχι ως επιμέρους υλικά.

Δημήτρης Α. Καραμπέτσος
Νευροχειρουργός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Υ. Πα.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΑ: 15066780261 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 82128
ΤΗΛ.: 2810/392385 - 6944 905533