

Α17. 637

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΩΔ.49089

Χειρουργικά πεδία ειδικών χρήσεων σε ατομική συσκευασία Κάλυμμα Σ.Σ (σπονδυλικής στήλης) 350x250 περίπου

Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven).

Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος. Και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών.

Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αεροδιαπερατό, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία τον σώματος.

Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μην γλιστράει.

Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο οπή. Να φέρει αδιάβροχη ενίσχυση περιμετρικά της οπής και ενσωματωμένο οθώνειο. Να έχει 4 αυτοκόλλητες ταινίες για στήριξη σωλήνων και καλωδίων πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων εκατέρωθεν.

Να είναι από ενισχυμένο υδροαπωθητικό υλικό, και ανθεκτικό στην υγρασία.

Να είναι από ανθεκτικό υλικό για να μην τρυπάει εύκολα.

Με πλευρική προέκταση κάλυψη των χεριών του ασθενούς.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ