

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ (ΚΩΔ: 287147):**

1. Επικαρδιακά καλώδια προσωρινής βηματοδότησης, διπολικά με αποσπώμενη ακίδα σύνδεσης, κυρτή, με ατραυματική βελόνα.
2. Η ακίδα συνδέσμου να έχει μήκος τουλάχιστον 20mm.
3. Να έχει ενσωματωμένο σπείρωμα πολυπροπενίου.
4. Να έχει θωρακική βελόνα με μήκος τουλάχιστον 8cm.

200 ΤΕΜΑΧΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΙΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.Κ.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 1826571X - ΑΠΚΑ: 28066790650