


Α17. 626



ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
 Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική  
 Δ/ντής: Εμμανουήλ Χρυσός  
 Καθηγητής Χειρουργικής



9

Παν/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου  
 Βούτες - Ηρακλείου 70 013

Τηλ.: 2810392380  
 Fax : 2810392677  
 e-mail: chrysose@uoc.gr

Τα παρακάτω είδη απαντούν στη σύμβαση 1229 της οποίας έχει σχεδόν τελειώσει ο προϋπολογισμός. Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το προμηθευτείτε με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
284024	Τροκάρ διαμέτρου 5mm, με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού V αμφίπλευρης κοπής, 100mm ραβδωτή κάνουλα λοξευμένου άκρου και ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης <u>για ελαχιστοποίηση του τραύματος και προστασία των σπλάχνων</u> . Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας <u>για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου</u> , και κάνουλα CO2 τριών δρόμων <u>για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού</u> .	100
284045	Τροκάρ διαμέτρου 5-11mm, με αιχμηρό άκρο σχήματος νυστεριού V αμφίπλευρης κοπής, 100mm ραβδωτή κάνουλα λοξευμένου άκρου και ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης <u>για ελαχιστοποίηση του τραύματος και προστασία των σπλάχνων</u> . Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας <u>για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου</u> , και κάνουλα CO2 τριών δρόμων <u>για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού</u> .	80