

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Λαρυγγική μάσκα SUPREME NO 4 ΚΩΔ: 332961

Μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H₂O το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. NO 4.0

Απαιτείται δείγμα προς αξιολόγηση

Ο Προϊστάμενος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΛΑΙΔΟΝΙΣΤΗΣ

RN, MSc Προϊστάμενος

Ανασθησιολογικού Τμήματος

Π.Α.Γ.Ν.Η.