

## Προδιαγραφές ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού

1. Ολόσωμη ακτινοπροστατευτική ποδιά εμπρόσθιας και περιμετρικής κάλυψης. Το μπροστινό μέρος της ποδιάς θα πρέπει να προσφέρει ακτινοπροστασία ισοδύναμη με αυτή που παρέχεται από ισοδύναμο υλικό μολύβδου πάχους 0.5 mm και το πίσω μέρος της ποδιάς θα πρέπει να προσφέρει ακτινοπροστασία ισοδύναμη με αυτή που παρέχεται από ισοδύναμο υλικό μολύβδου πάχους 0.25 mm.
2. Οι ποδιές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από νέο ακτινοπροστατευτικό υλικό ώστε το βάρος τους να είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των ποδιών που χρησιμοποιούνται σήμερα.
3. Οι ποδιές θα πρέπει να είναι τύπου φούστα-μπλούζα προκειμένου να καλύπτουν επαρκώς το σώμα και να προσφέρουν ευκινησία με τη χαμηλότερη δυνατή καταπόνηση για τον εργαζόμενο.
4. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση πριν την προμήθεια να προσέλθει στο χώρο του εργαστηρίου ιατρικής απεικόνισης για να καταγράψει τα απαιτούμενα μεγέθη των ακτινοπροστατευτικών ποδιών, ανάλογα με το σωματότυπο κάθε εργαζόμενου.
5. Κάθε ποδιά θα πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο κάθε εργαζόμενου με ανεξίτηλα διακριτικά.

7ο Ν ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΣ**  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  
ΑΜΚΑ: 16117000659 - Α.Μ. ΤΣΑΥ 83891