

Α1 55

Τεχνικές προδιαγραφές

Σετ-σύστημα εντοπισμού ψηλάφητων βλαβών μαστού

- Η απόληξη του συρμάτινου οδηγού να έχει σχήμα άγκιστρου(Hook)και όχι άλλου τύπου.
- Το περιφερικό τμήμα του οδηγού να είναι κατά προτίμηση κομβολογιοειδώς σημασμένο (beaded) για καλύτερη διαχείριση και ακρίβεια του εντοπισμού.
- Η βελόνα του οδηγού να έχει σήμανση ανά εκατοστό.
- Να διατίθεται ασφάλεια για την σταθεροποίηση του συρμάτινου οδηγού στο δέρμα στο σημείο εισόδου στο μαστό.
- Σε μεγέθη 20gx5cm,20gx7cm και 20gx9cm.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑ Γ Ν Η