

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ.262889

- ✓ Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής διαμέτρου 3,8 έως 5,8mm
- ✓ Να είναι εύκαμπτο με καμπτόμενο τμήμα τουλάχιστον 180° / 160°
- ✓ Να διαθέτει πλάτος καναλιού από 1,2 έως 2,8mm
- ✓ Να διαθέτει μήκος εργασίας 600mm.
- ✓ Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός τουλάχιστον δύο λυχνιών Led , οπτικό πεδίο 85° και βάθος πεδίου 6-50mm.
- ✓ Να έχει δυνατότητα σύνδεσης σε συσκευή αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο σωλήνα σύνδεσης $\varnothing 7\text{mm} \pm 1$.
- ✓ Να έχει θύρα για χορήγηση υγρών και εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων.
- ✓ Να διαθέτει βάση στήριξης ET σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 6-7 mm.
- ✓ Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως.
- ✓ Να είναι latex free.
- ✓ Να είναι συμβατό με την οθόνη η οποία είναι αγορά του Νοσοκομείου.
- ✓ Να συνδέεται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.
- ✓ Να διαθέτει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο για χρήση στη οθόνη η οποία είναι αγορά του Νοσοκομείου.
- ✓ Να δύναται να ενσωματωθεί δοχείο δειγματοληψίας για αποφυγή επιμολύνσεων.
- ✓ **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΜΕΘ Π.Α. Γ.Ν.Η
ΑΜΚΑ 28096100079 - Α.Μ. ΤΣΑΥ 82103