

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ:

339620 (1)

Μικροκαθετήρες εμβολισμού με υδρόφιλη επικάλυψη, με δύο διαβαθμίσεις σκληρότητας (standard και soft). Να διαθέτουν ακτινοσκοπικά στίγματα, ατραυματικό άκρο, προσηματισμένο σε ευθύ, J, 45ο, 90ο σχήμα. Να είναι συμβατοί με DMSO, ενδοκράνια stents και με υγρό εμβολικό υλικό. Εξωτερική διάμετρος 1,3 – 1,7F και εσωτερική 0,013" - 0,017" αντίστοιχα.

332802 (1)

Οδηγός καθετήρας. Να είναι κατάλληλος και για επεμβάσεις εγκεφάλου. Να είναι κατασκευασμένος από νάilon και πολυουρεθάνη. Να είναι ενισχυμένος με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι. Να φέρει εσωτερική επικάλυψη από PTFE για μείωση των τριβών, με μαλακό, ατραυματικό και ακτινοσκοπικό άπω άκρο. Να διατίθεται σε 5F, 6F και 7F, με αντίστοιχη εσωτερική διάμετρο 0.056", 0.070" in και 0.078", σε μήκη 90cm και 100cm και σε σχήματα: straight, multipurpose C, multipurpose D, Burke, Simmons 2 και Headhunter 1. Επιπλέον να προσφέρεται ο ίδιος καθετήρας και με ενισχυμένο το εγγύς τμήμα του για μεγαλύτερη στήριξη.

345949 (1)

Μακρύ θηκάρι/καθετήρας 6f, διαμέτρου (o.d.) 0,100", εσωτερικής διαμέτρου (I.D.) 0,088" ενισχυμένος με πλέξη από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι, προοδευτικά εύκαμπτος 9 σημείων. Να διαθέτει εσωτερική επικάλυψη από PTFE και εξωτερική υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 20cm στο άπω τμήμα του. Συμβατός με θηκάρι εισαγωγής 8f και οδηγό σύρμα 0.038". Να διατίθεται σε μήκη 80 -90 - 100cm Η συσκευασία να περιλαμβάνει - διαστολέα - αιμοστατική βαλβίδα 9f - συνδετικό βαλβίδας 8 f - εισαγωγή peel away

337291 (1)

Μπαλόνι μορφοποίησης για ανευρύσματα εγκεφάλου μονού αυλού συμβατό με σύρμα 0.014". Το άπω άκρο του καθετήρα να είναι από Nitinol με πολλαπλές σπές 360 μοιρών με μεγίστη εξωτερική διάμετρο 2,7F. Ο φέρων καθετήρας να έχει επικάλυψη από hydrothane. Το μπαλόνι να προσφέρεται σε διαμέτρους από 3x10 έως 5 x 30 και από 3x5 έως 7x15

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΗΣ
ΕΠ. ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΥ
ΑΜΚΑ: 05117002179
ΤΗΛ: 6972 894494

08.01.2025