

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΕΣ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ MACGRATH

ΚΩΔ: 270951, 270950,270952,270954

Ειδικές αντιθαμβωτικές λάμες μίας χρήσεως Νο3 (100 τεμάχια), Νο4 (Τεμάχια 100) και ειδικές (λεπτού προφίλ) για εξαιρετικά δύσκολες διασωληνώσεις (Τεμάχια 20) με δυνατότητα προσαρμογής σε φορητό βιντεολαρυγγοσκόπιο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Βίντεο λαρυγγοσκόπιο σε ενιαία φορητή συσκευή που να συνδυάζει τα οφέλη της άμεσης λαρυγγοσκόπησης και της βίντεο λαρυγγοσκόπησης μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου από 300gr. Να φέρει ενσωματωμένη πηγή ψυχρού φωτισμού τεχνολογίας High-intensity LED. Έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 2,5'' με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, για καταλληλότερη διαχείριση ανάλογα με τις ανατομικές δυσκολίες του κάθε ασθενή και κάμερα νέας τεχνολογίας.

Να διαθέτει μπαταρία λιθίου, με δυνατότητα αυτονομίας χρήσης πάνω από 240 λεπτά και δυνατότητα οπτικής ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου ζωής της μπαταρίας στην οθόνη, για την απάλειψη του κινδύνου αποφόρτισης της μπαταρίας κατά την διάρκεια διασωλήνωσης.

Να δέχεται ειδικές λεπίδες διασωλήνωσης μίας χρήσεως που δεν θολώνουν την εικόνα με δυνατότητα επιλογής μεγεθών: Νο1, Νο2, Νο3, Νο4 και ειδική λεπίδα Νο3 (λεπτού προφίλ) για εξαιρετικά δύσκολες διασωληνώσεις.

Να διατεθεί χωρίς καμία επιβάρυνση από το Νοσοκομείο ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα εξαρτήματα για την χρήση τους.

Ο Προϊστάμενος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ
RN, MSc Προϊστάμενος
Αναισθησιολογικού Τμήματος
Π.Γ.Ν.Η

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

ΚΑΛΩΔΙΑ για μόνιτορ DRAGER KAPPA

ΚΩΔ: 240476,240477,240478,240479,225369

Να είναι συμβατά με μόνιτορ **DRAGER KAPPA, SIEMENS**.
5 τεμάχια από τα καλώδια με κωδικό 240476 και 240477 να είναι τριπολικά.

Ο Προϊστάμενος


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΣΤΗΣ
RN, MSc Προϊστάμενος
Αναισθ/κού Τμήματος
ΠΑ Γ.Ν.Η