

ΕΥΘΕΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ (Κωδ: 282145)

1. Να είναι κατασκευασμένα με ύφανση συνθετικού πολυεστέρα (Woven Dacron).
2. Να διαθέτουν επικάλυψη βόειου κολλαγόνου, η οποία να προσφέρει μηδενική διαπερατότητα ($<5 \text{ ml/min/cm}^2/120 \text{ mmHg}$) και υψηλή αιμόσταση.
3. Ο εμποτισμός του κολλαγόνου να επιτυγχάνεται με αυτοσύνδεση και όχι με χρήση καρκινογόνων συνδετικών χημικών παραγόντων (πχ φορμαλδεΰδη, γλουταραλδεΰδη).
4. Να προσφέρουν υψηλή βιοσυμβατότητα και μετεγχειρητική ενδοθηλίωση.
5. Να παρουσιάζουν χαμηλή αντίσταση βελόνας του ράμματος ($<2,5 \text{ N}$) κατά την αναστόμωση, ενώ παράλληλα να είναι απαλά και ευέλικτα.
6. Να παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στις μετεγχειρητικές περιφερειακές δυνάμεις διαστολής της αορτής.
7. Να διατίθενται σε διαμέτρους από 28 - 36 mm.
8. Να διατίθενται σε μήκη 15 έως 30 cm.
9. Να έχουν διάρκεια ζωής 5 έτη.
10. Να διαθέτουν σήμανση CE.
11. Να διατίθενται στο Νοσοκομείο με μορφή παρακαταθήκης.

ΤΕΜΑΧΙΑ: 10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΙΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π.Γ.Ν.Η.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 82657/Χ - ΑΜΠΛΑ: 28066790650