

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   |             |   |                 |          |
|---|-------------|---|-----------------|----------|
| A/A   | Κωδ. Νοσοκ. | Περιγραφή Είδους  | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| 1   | 180235      | ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 300 ML, ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 23G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 23G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΡΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.. | TMX             | 26       |
| <p>1. Όλα τα ανωτέρω υλικά θα προσαρμόζονται σε μηχανήμα που θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ ως συνοδό εξοπλισμό ο μειοδότης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των επεμβάσεων του νοσοκομείου.</p> <p>2. Το προσφερόμενο μηχανήμα, θα πρέπει είναι τελευταίας τεχνολογίας με αντλία τύπου Ventury μη μετατρέπόμενη σε περισταλτική και να λειτουργεί με συμβατικούς υπερήχους στα 28,5 KHz. Να είναι κατάλληλο για φακοθρυψία, υαλοειδεκτομή και διαθερμία. Να έχει ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για τη μέγιστη δυνατή προστασίας του αμφιβληστροειδούς (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί). Να διαθέτει επίπεδη έγχρωμη οθόνη αφής LCD υψηλής ευκρίνειας τουλάχιστον 19 ιντσών, η οποία να έχει τη δυνατότητα κλίσης και περιστροφής, με υψηλής τεχνολογίας απεικόνιση γραφικών και φωνητική επιβεβαίωση.</p> <p>3. ΔΩΡΕΑΝ επιπρόσθετο συνοδό εξοπλισμό του μηχανήματος, θα αποτελούν τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Στυλεος φακοθρυψίας συστήματος χειρουργικής, νέας τεχνολογίας, χωρίς να προκαλεί θερμικά εγκαύματα (2 τεμάχια)</li> <li>ii. Στυλεός πλύσης-αναρρόφησης ομοαξονικός, πολλαπλών χρήσεων (2 τεμάχια)</li> <li>iii. Ασύρματος bluetooth ποδοδιακόπτης πλήρως προγραμματιζόμενος με διπλά γραμμικό ποδομοχλό και ενσωματωμένο κουμπί ενεργοποίησης - ρυθής endolaser</li> <li>iv. Στυλεός ενδοδιαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 25G</li> <li>v. Στυλεός σκληρικής διαθερμίας πολλαπλών χρήσεων 20G</li> <li>vi. Ασύρματο τηλεχειριστήριο καναλιών - ρυθμίσεων</li> </ul> <p>4. Καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του μηχανήματος με τα αναλώσιμα αυτού, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν συντήρηση και ανταλλακτικά για το μηχανήμα.</p> |             |   |                 |          |