

**Προδιαγραφές υλικών για την αλλαγή διεγέρτη εν τω βάθει
εγκεφαλικής διέγερσης (DBS)**

- Επαναφορτιζόμενος Διεγέρτης MRI SAFE 1.5T
- Προγραμματιστής με συσκευή επικοινωνίας
- Φορτιστής επαναφορτιζόμενου Διεγέρτη
- Τα υλικά θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή προκειμένου να είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Επομένως η προμήθεια θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως σύνολο και όχι ως επιμέρους υλικά.
- Επίσης πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το εμφυτευμένο σύστημα ηλεκτροδίων που φέρει ο ασθενής.

α/α
Δημήτριος Α. Καραμάντσος
Νευροχειρουργός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Πα.Γ.Ν.Η
ΑΜΚΑ: 1506610025 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 82128
ΤΗΛ: 3810 372385 - 6944 905533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΥΓΕ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"
Κ.Θ. ΜΟΝ. 1002
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ