



ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Εμμανουήλ Χρυσός
Καθηγητής Χειρουργικής



Α17-186

Παν/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Βούτες – Ηρακλείου 70 013

Τηλ.: 2810392380
Fax : 2810392677
e-mail:chrysose@uoc.gr

Ηράκλειο 04/04/2025

Προς: Προϊστάμενο Χειρουργείου

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τα προμηθευτείτε με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
276952	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 31mm. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής με ανισοϋψή κλιπ, που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό. (να κατατεθούν σχετικές μελέτες) Να τοποθετεί τρεις αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής ύψους αντίστοιχα (4mm, 4.5mm, 5mm για πολύ παχείς ιστούς.	20

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Με εκτίμηση

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 66306/5 - ΑΜΚΑ: 14096203659