

Ηράκλειο 6 Μαρτίου 2025

## Προς Προϊσταμένη Χειρουργείου

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προμηθευτείτε τα παρακάτω είδη άμεσα με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
384802	<p>Ανταλλακτικές κασέτες κοπποράπτη, χωρίς κοππική λάμα, με ειδικές προεκτάσεις στην επιφάνεια της για ατραυματική συγκράτηση του ιστού στις σιαγόνες του εργαλείου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση μιας ανταλλακτικής κασέτας ανά επέμβαση και εξασφάλισης ορθής τροχιάς των κλιπ κατά την πυροδότηση. Οι αγκτήρες είναι από κράμα τιτανίου (2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) και το κάθε άκρο είναι ελαφρώς κεκκαμένο για αποφυγή στρέβλωσης κατά την πυροδότηση.</p> <p>Με τριπλή ισοϋψή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλείσιμο κλίπ σε σχήμα "B".</p> <p>Για ιστούς μήκους 45mm με δυνατότητα σύγκλισης ιστού από 1.0mm- 2.3mm</p>	96

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

- Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.
- Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύνφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.
- Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.
- Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΧΕΙΤΡΟΧΩΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΟΥ  
ΠΑΤΡΙΝΗ - ΑΙΓΑΙΟ 139121-1810 - ΤΗΛ. 92182

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής  
Εμπρανουέλ Κεφαλογιάννης