

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	281903	1 Σύριγγα 1ml S/L 1 Σύριγγα 5 ml S/L 1 Σύριγγα 10ml S/L 1 Σύριγγα 20ml S/L 1 Νυστέρι Νο 11 με λαβή 60 Κομπρέσες 10x20cm 1 Κάλυμμα τραπεζιού 150x200cm 4 Πετσέτες 40x40 2 Μπλούζες χειρουργείου ενισχυμένες XL 1 ΡΕ κάλυμμα στρογγυλό 80x80cm 2 Λεκάνες 250ml 2 Λεκάνες 500ml 1 Πεδίο αγγειογραφίας 220x320cm με 4 οπές 1 Βελόνα 18G 3 Βελόνα 21G 1 Συρραπτικό δέρματος με 35 κλιπς μιας χρήσεως. ΔΕΙΓΜΑ
2	338507	Να συνδυάζει 2 εφαρμογές ,διατομής και αιμόστασης, σε εύρος θερμοκρασιών 40-170°C ανάλογα με την ρύθμιση της γεννήτριας. Να επικαλύπτεται τουλάχιστον κατά 99,5% από κεραμική επίστρωση. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία παλμικού πλάσματος και τεχνολογία μόνωσης TPS (Thermal Protection Shield). Να διατίθεται σε 2 διαστάσεις εύρους κοπής: Α. 40mm με σταθερό άκρο και Β. 30mm με τηλεσκοπικό άκρο από 5.5cm έως 15cm και δυνατότητα αναρρόφησης καπνού. Επίσης να δύναται να είναι φωτιζόμενο. Να είναι συμβατό με υβριδική γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων που συνδυάζει σε μια κονσόλα, μονοπολική διαθερμία τεχνολογίας πλάσματος και διπολικό στεγανοποιητή ιστών και αγγείων μέσω συνδυασμού ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων και έγχυσης ορού.
3	285120	ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕ ΟΓΚΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ή ΙΣΟ ΑΠΟ 1.5cc, MRI ΣΥΜΒΑΤΟΣ (1.5 & 3.0T), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4	338506	Δυνατότητα τοπικής έκλυσης αντιβιοτικών.Συνδυασμός δύο αντιβιοτικών (Μινοκυκλίνη- Ριφαμπικίνη).Βιοαπορροφήσιμο πολυμερές

7^ο Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΜΜ. Ν. ΣΠΑΛΑΝΤΙΑΚΗΣ ΜΕ, PhD
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΡΕΚΤΩΡ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΣΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΡΕΚΤΩΡ ΠΟΓΝΗ
ΑΜΚΑ: 1912400292 - Α.Μ. Τ.ΕΛ.Υ: 63597