

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ I GEL

ΚΩΔ: 349323

1. Να είναι υπεργλωττιδικές μάσκες I-gel plus, μ.χρήσης. Να φέρουν ένα περιφερικό τμήμα από στερεό ιδιαίτερα εύπλαστο θερμοπλαστικό μαλακό υλικό, τύπου ζελέ (gel) σε σχήμα πετάλου, αντί για αεροθάλαμο. Να ταιριάζει και να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την ανατομία γύρω από την είσοδο του λάρυγγα, ως αρνητικό εκμαγείο στις εσωτερικές δομές, για μοναδικό ανατομικό σφράγισμα σε οποιοδήποτε φαρυγγικές, λαρυγγικές, περιλαρυγγικές διαρθρώσεις, αποτρέποντας παράλληλα, τραύματα και παρενέργειες από τις πιέσεις των κοινών αεροθαλάμων.
2. Να είναι 2ης γενιάς, με διευρυμένο κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών, μαλακό προστατευτικό δοντιών, σύστημα αποφυγής απόφραξης επιγλωττίδας και άγκιστρο σταθεροποίησης (hook ring) με χρωματικό κωδικό μεγέθους.
3. Να είναι εξολοκλήρου από μαλακό υλικό και πεπλατυσμένο σχήμα για στρεiptική ακαμψία.
4. Να φέρει επιπλέον οπή για χορήγηση O₂.
5. Να είναι προστατευμένη σε ειδική θήκη με χρωματικό κωδικό διάκρισης.
6. Σε μεγέθη: 3.0, 4.0, 5.0
7. Να κατατεθεί απαραίτητως δείγμα με την προσφορά, κατασκευαστικό προσπέκτους με παραπομπή στους προσφερόμενους κωδικούς, τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (Data Sheet), καθώς και πιστοποιητικό CE και ISO 13485 και ISO 9001 του κατασκευαστή του προϊόντος.
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 και ISO 9001.
9. Να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο του προϊόντος ότι η εταιρεία αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Ο Προϊστάμενος
ΠΑΤΡΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΣΙΤΣΗ
ΚΑΙ, ΗΜΕ Προϊστάμενος
Αναστάσιος Τσιφάκης
ΠΑΓ.Ν.Η