

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Καθετήρες ουροδόχου κύστεως με θερμοκρασία
ΚΩΔ: 349309,349310,349311**

Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης Να συνδέονται με όλα τα μόνιτορ να είναι απολύτως διάφανος, για τον έλεγχο της ροής, κατασκευασμένοι από 100% σιλικόνη με επικάλυψη Kevlar για να μην σπάει ο σένσορας.

No 14,16,18

Ο Προϊστάμενος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΗΣ ΠΗΛ
RN, MSc Προϊστάμενος
Αναισθ/κού Τμήματος
ΠΑΓ.Ν.Η.