

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πουάρ ταχείας χορήγησης υγρών 1000ml
ΚΩΔ: 283035

Να είναι σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα. Να είναι μεγάλης αντοχής. Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό. Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latex free, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής.

Ο Προϊστάμενος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΣΤΗΣ
RN, MSc Προϊστάμενος
Αναισθ/κού Τμήματος
ΠΑΓ Ν.Μ